

Zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody provádí odběry vzorků vod, kalů a odpadů, chemickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou a senzorickou analýzu vod.

POKYNY ZÁKAZNÍKŮM PRO ODBĚR A UCHOVÁNÍ VZORKŮ PITNÉ VODY

Postup pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku nebo ruční pumpy:

- Před odběrem si umýt ruce.
- Odstranit z kohoutku veškeré rušivé doplňky – perlátory, nástavce.
- Vzorkovací kohoutek ideálně vydezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem.
- Provést krátkodobý proplach při středním proudu v trvání cca 3 min. bez přerušení za účelem odstranění vlivu dezinfekčního prostředku a ustálení teploty.
- Prvně odebrat vzorek do sterilní vzorkovnice (mikrobiologický rozbor), kterou je nezbytné si u nás předem vyzvednout na pracovišti laboratoře.
- Sterilní vzorkovnice se nevyplachuje, plní se najednou do $\frac{3}{4}$ svého objemu, cca 2 cm pod hrdlo (neodlévat), při plnění je nutné dbát na to, aby se zabránilo kontaminaci hrdla a zátky vzorkovnice. Po naplnění ihned uzavřít zátkou.
- Poté odebrat vzorek do čisté plastové láhve od neslazené minerálky (chemický rozbor), požadovaný objem vody je 1,5 l.
- Láhev předem důkladně propláchnout odebíranou vodou. Následně vodu nechat pomalu odtékat do vzorkovnice tak, aby došlo asi 2x k výměně objemu vody v láhvi. Láhev zcela naplnit a uzavřít tak, aby nad vzorkem nebyl žádný vzduch.

Uchování vzorku:

- Odebraný vzorek bezodkladně předat do laboratoře. V případě vzorku odebraného v pozdních hodinách den před doručením do laboratoře uchovávat vzorek vody v chladničce a předat do laboratoře nejpozději do 20 hod. po odběru.

Příjem vzorků do laboratoře:

Chemický rozbor

PO – ČT 7:00 – 14:40 hod.

PÁ 7:00 – 10:00 hod. (v laboratoři Prostějov po předchozí telefonické domluvě)

Mikrobiologický rozbor

PO – ST 7:00 – 14:40 hod.

ČT 7:00 – 12:00 hod.

Kontakty na pracoviště zkušební laboratoře:

(E) laboratore@smv.cz

Laboratoř Olomouc

ČOV Olomouc, Dolní Novosadská, 779 00 Olomouc, (T) 585 432 967

Laboratoř Prostějov

ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, (T) 582 337 441

Zaslání protokolu o zkouškách a daňového dokladu:

Protokol o zkouškách, dodací list k faktuře a fakturu obdržíte emailem nebo poštou.